

# 心电一张网方案征集参数

资金来源：遵义市重点学科经费

配置清单：

项目名称	产品名称	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
胸痛中心 “全国心 电一张 网”·心电 诊断中心 采购项目	动态心电记录 仪	50	台	6000	300000
	区域远程心电 信息智慧平台	1	套	/	/

参数列表：

## 一、硬件参数

### 1. 可穿戴心电设备：

1.1 通过定位束带进行便捷穿戴，V1-V6 导联一体化定位，可通过简单定位标线完成设备穿戴。可实现非专业医务人员自助穿戴设备完成心电采集，适合患者院外自助采集心电数据；

1.2 采样通道：12 导联；

1.3 采样精度： $\geq 16$  位；

### 2. 区域远程心电信息智慧平台（含数据服务器与存储）：

2.1 等级保护：已获得相关产品等级保护三级证书；

2.2 文件存储备份：云服务器与 OSS；

## 二、软件参数

- 2.1 可与胸痛中心总部实现数据对接，静息心电数据可直接上报胸痛中心总部；
- 2.2 可查看各区域心电项目运营情况，并具备运营数据统计功能；
- 2.3 软件可支持远程心电数据管理，含心电图判读时长指标；
- 2.4 可实时显示危重患者信息及地理位置信息；
- 2.5 患者基本信息：可便捷填写姓名、性别、联系电话等信息；
- 2.6 静息心电结果分“普通”、“预警”、“危急”三个评估等级；

### **其他：**

- (1) 维保期：硬件维保期 1 年，软件（含平台）维保期 5 年；
- (2) 含全国心电一张网读图服务 1500 次，有效期 5 年；
- (3) 含对接全国心电一张网·心电诊断中心质控平台（可实时显示质控平台数据看板）；
- (4) 含手数据终端医生端 2 台 。