

腹膜透析机参数要求

——肾脏内科

一、技术要求：

1. 中文显示屏及中文操作软件：保证用户安全使用。
2. 压缩/真空泵驱动及液体控制系统（真正的全自动系统）。
3. 无需使用称重秤测定出入液量，实时计算液体流量并检测病人空腹或是否管路堵塞，安全监控，避免称重秤失灵导致的危险，同时减少了定期校准称重秤的麻烦。
4. 液袋温度监测系统：机器液体温度控制：32 ° C - 40° C
5. 有及时记录功能的完善的设备报警系统，确保患者接受安全有效的透析治疗。
6. 多种自动腹膜透析模式。
7. 机器要求能够设定总治疗时间、总治疗量、注入量、最末袋注入量、最末袋葡萄糖浓度。并能自动计算：治疗周期数、每个周期留置时间。
8. 治疗总量：200 - 80000 mL，治疗时间：10分钟-48小时。
9. 每次灌注量：100-3000 ml（标准模式）；60-1000ml（低注入量模式）
10. 最末袋灌注量：0 ml 或 100-3000 ml（标准模式）；0 ml 或 60-1000 ml（低注入量模式）。
11. 一体化全密闭管路：超长病人端连接管路，不低于3米。保障病人自由活动，避免导管出口处牵拉损伤。
12. 推荐使用6年以上。

二、商务要求：

进口(国产)、原装、原产、全新、未经使用过

1. 免费开放数据接口，与我院第三方软件无缝连接，如需费用，由供货商负责。
 2. 免费质保期为 2 年，运输、安装、调试、培训，试运行 1 个月
后，双方现场按国家相关标准验收。质保期内维修 2 小时响应，48
小时到现场完成维修，未能解决问题的，将提供备用机，不得影响
医院正常使用。
 3. 经验收合格后支付合同总的百分之九十，质保期 2 年结束后，
支付合同总价的百分之十。
 4. 计量设备需提供遵义市计量设备主管部门出具的检验合格报
告。
- 注：有耗材，需报耗材价。

2023 年 7 月 4 日