

# 眼科手持视力筛查仪参数

1. 操作模式：双眼/单眼
2. 屈光检测：全自动
3. 球面度 DS：范围 $-7.50D \sim +7.50D$   
分辨率  $0.25D/0.01D$   
精度  $\pm 0.50D$
4. 柱面度 DC：范围  $0.00D \sim 3.00D$   
分辨率  $0.25D/0.01D$   
精度  $\pm 0.50D$
5. 轴位 Axis：范围  $0^\circ \sim 180^\circ$   
分辨率： $1^\circ$   
精度： $\pm 5^\circ$
6. 瞳孔直径：范围  $4.0mm \sim 9.0mm$   
分辨率： $0.1mm$   
精度： $\pm 0.1mm$
7. 瞳距：范围  $35mm \sim 80mm$   
分辨率： $1mm$   
精度： $\pm 1mm$
8. 工作距离： $1m$  左右
9. 测量时间： $\sim 1s$
10. 数据接口：Wi-Fi, USB
11. 电池：可充电锂电池，续航 6 小时，可更换
12. 尺寸： $180mm \times 130mm \times 110mm$
13. 显示器：5 寸触摸显示屏
14. 重量： $\leq 1kg$