

眼科电解倒睫治疗仪参数

1. 主要用途：

本仪器主要适用于眼睑周围少数倒睫的拔除。

2. 主要技术参数：

- ① 使用电源：交流 $220V \pm 22V$ $50Hz \pm 1Hz$
- ② 输出电流： $\leq 650 \text{ mA}$ 可调
- ③ 输出电压： $6V \pm 0.6 \text{ V}$
- ④ 环境温度： $10 \sim 30^{\circ}\text{C}$
- ⑤ 相对湿度： $\leq 80\%$
- ⑥ 大气压力： $86.0 \sim 106.0 \text{ KPa}$

3. 附件清单

序号	名称	数量	单位	备注
1	脚踏开关	1	只	
2	电源线	1	根	
3	治疗笔	1	支	

4. 安全：

安全性能符合 GB/T9706.1 医用电气设备 第一部分：安全通用要求。