

胰岛素泵

——儿科一病区

一、技术要求：

1. 储药器： ≥ 300 单位，胰岛素剂量可调
2. 餐前大剂量：0-80 单位
3. 大剂量输注方式：可选择常规输注/方波输注/双波输注
4. 大剂量增量：满足 0.05U/0.1U/0.5U/1.0U 递增或递减
5. 具有大剂量导向计算器
6. 基础率：0.01U/0.1U 递增/减
7. 临时基础率：24 小时内，0~200%之间，以 10%递增/减
8. 可进行键盘锁定
9. 防水：IPX8 双滴标准
10. 安全设置：可进行以下模式设置：最大餐前剂量限制、最大日总量限制、每小时最大基础量限制、低药量报警、输注系统阻塞报警、低电量报警、泵故障报警
11. 显示：液晶显示屏
12. 报警：音频报警，至少包含高、中、低敏感度报警敏感度
13. 大剂量自动分配：可自动分配基础率和大剂量
14. 餐前大剂量回顾： ≥ 500 次餐前大剂量记录，以及对应的输注时间和日期
15. 日总量记录： ≥ 500 次日总量记录，以及输注日期

16. 排气记录： ≥ 500 次排气记录，以及排气时间、日期和排气后剩余药量

二、商务要求：

进口(国产)、原装、原产、全新、未经使用过

1. 免费开放数据接口，与我院第三方软件无缝连接，如需费用，由供货商负责。

2. 免费质保期为 2 年，运输、安装、调试、培训，试运行 1 个月后，双方现场按国家相关标准验收。质保期内维修 2 小时响应，48 小时到现场完成维修，未能解决问题的，将提供备用机，不得影响医院正常使用。

3. 经验收合格后支付合同总的百分之九十，质保期 2 年结束后，支付合同总价的百分之十。

4. 计量设备需提供遵义市计量设备主管部门出具的检验合格报告。

注：有耗材，需报耗材价。

2023 年 2 月 27 日