

肾脏内科腹膜透析机参数

基本参数要求：

1. 中文显示屏及中文操作软件：保证用户安全使用。
2. 动力系统：压缩/真空泵驱动。
3. 多种自动腹膜透析模式：IPD、CCPD、NIPD、TPD 等。
4. 可根据病人情况设定总治疗时间、总治疗量、注入量、最末袋注入量、最末袋葡萄糖浓度，并能自动计算：治疗周期数、每个周期留置时间。
5. **温控系统**：液袋温度控制和监测系统。
6. 容量监测系统：每次灌注量：100-3000 ml （标准模式）；60-1000ml（低注入量模式）；最末袋留腹功能。
7. 报警系统：有及时记录功能的完善的设备报警系统，确保患者接受安全有效的透析治疗。

可选参数：

远程监控系统