眼科全自动综合验光仪参数

一、视力表投影仪：

1. 投射距离：1.5M 至 6M
2. 视标放大倍率：30 倍(5M 距离)
3. 视标尺寸：330mm(宽) x270mm(高) (5M 距离)
4. 视标更换速度：一幅/0.01～0.02S
5. 遮盖板数量：完全打开 1 个，水平 5 个，垂直 8 个，单独显示 21 个红绿 1 个
6. 遮盖板更换速度：一幅/0.01～0.02S
7. 程序：2 套程序，每套程序最多 30 个步骤
8. 投影光源：12V、50W
9. 自动保护：10min 无操作自动关闭电源
10. 电压：交流电 220V，50Hz 或 110V,60Hz
11. 额定功率：80W
12. 外型尺寸：300-350mm x200-250mm x200-250mm
13. 净重：≤8kg

二、验光头：

1. 测量参数

球镜：-19.00D~ +16.75D（0.25D/0.50D/1.00D/3.00D 步长）

柱镜：-8.75D~ +8.75D（0.25D 步长）

柱镜轴位：0°~180°（1°/5°/15°步长）

瞳距：50 ~80mm（0.5mm）

交叉圆柱镜：±0.25D　可手动

柱镜：0 ~20△（0.5△/1.0△/2.0△步长）

2. 辅助镜片

小孔镜片：双眼（直径 1mm）

马氏杆片：右眼（红，水平），左眼（红，垂直）

红绿片：右眼（红），左眼（绿）

偏光片：右眼（135°/45°），左眼（45°/135°）

分离棱镜：右眼（3△BU，6△BU），左眼（3△BD，10△BI）

PD 镜片：双眼（十字）

固定交叉柱镜：±0.50D（轴位固定在 90°）

3. 规格参数

打印：可连接外置蓝牙热敏打印机（可选）

外置数据连接：蓝牙

功率：AC220V/50Hz，90W

三、组合台：

1. 小托盘可呈 180°旋转，适合放置电脑验光仪
2. 座椅、综合验光仪挂臂均可电动（遥控）升降
3. 台面可旋转 90°，抽屉可放置镜片箱
4. 工作台尺寸：约 1120(W)*1050(D)*1630(H)mm
5. 工作台面尺寸：约 1010(W)*480(D)mm
6. 牛眼挂壁行程：300mm
7. 挂壁旋转范围：4°-90°
8. 输入电压：AC220V/50Hz,110V/60Hz,120W
9. 电动椅子行程：470mm-620mm
10. 电动升降椅