

全科医学科动态血压记录器参数

硬件

- 1、带记录盒 ≤ 100 ，液晶屏幕可显示收缩压, 舒张压, 心率
- 2、有主动测量和记录事件按钮, 并可检测电池电量、测量失败后可自动补测
- 3、能使用 5 号充电电池或 2 节 AA 碱性电池

软件

- 1、分析技术: 波形图
- 2、测量范围: 0-300mmHg
- 3、测量精度: $\pm 5\text{mmHg}$, 或者测量值的 $\pm 3\%$
- 4、血压测量准确性: 达到并超过相关国际标准
- 5、充气方式: 自控泵
- 6、测量时间: 不低于 48 小时
- 7、采样周期: 可以设定 4 种以上采样周期
- 8、重量: 包括电池在内 $\leq 300\text{g}$