

骨一关节镜器械参数

1、全高清摄像头

*1.1、摄像头 3COMS 处理器，摄像头、耦合器和连接线一体化设计，全摄像头可高温高压消毒，

1.2、内置晶片浮动装置，具有防震技术

1.3、摄像头具有双按键，具有白平衡、图像放大缩小、亮度调节等功能

2、光纤

2.1、具有荧光涂层光纤，

2.2、耐高温高压消毒，长度 ≥ 3 米

3、关节镜镜头

3.1、关节镜、镜鞘、穿刺锥，可高温高压消毒

3.2、4mm 30 关节镜，长度 ≥ 170 mm

3.3、前端采用蓝宝石镜面

3.4、关节镜视场角 $\leq 105^\circ$

*3.5、关节镜镜体具有 HD 高清标志

3.6、镜鞘双开关设计，具有大水调节和小水调节功能，

4、动力刨削手柄

*4.1、可高温高压消毒刨削手柄，最高转速： $\geq 11,000$ rpm；扭力： ≥ 33 in-oz

4.2、同一把手柄可接肩、膝、髌、踝、肘、腕关节镜手术

4.3、刨削手柄双按键设计，具有工作开关、运转模式调节、负压开关

5、手术器械

5.1、采用符合 ASTM F899 标准（不低于此标准）的精钢制造。

5.2、篮钳， $\varnothing 3.4$ mm，长 130mm，左曲 30°

5.3、篮钳， $\varnothing 3.4$ mm，长 130mm，右曲 30°

5.4、探钩， $\phi 3.5\text{mm}$ ，直型