

检验科多功能酶标仪参数（2台）

- 1、光源：卤素灯，使用寿命>10000 小时以上；
- 2、波长范围：340-850nm；
- 3、标配滤光片至少包含：：405nm，450nm 和 630nm，其他滤光片可选；
- 4、分辨率：0.0010D；
- 5、准确性：±1%；
- 6、精密度：<(0.5~1.0%+0.0100D)；
- 7、可检测微孔板；底部透明的 96 孔形式的微孔板，包括孔板条在内的平底、U 型和 V 型底等国内外各种大小不同的 96 微孔酶标板；
- 8、测量速度：3-12s；
- 9、含振荡器，震荡强度可选；
- 10、支持电源：100-240V（50/60 Hz）；
- 11、检测方法编辑简便，支持结果储存、打印、数据传输至 LIS 系统，承担相关接口费用；
- 12、设备操作软件如需安装至独立电脑端，整体设备则需配套电脑设备。