

肿瘤科单人无菌室（层流床）技术参数

参数名称	参数内容
参数 1 资质认证	检测报告及临床认证；消毒产品生产企业卫生许可证；消毒产品卫健委网络备案公示可查。
参数 2 设备结构	主体外观顶部圆弧设计，镀锌钢板框架、箱体均为无缝焊接喷涂，可移动万向脚轮。。
参数 3 外形尺寸	大小按照科室要求设计定制，现场调节。
参数 4 设备电源	电压：220V，频率：50-100HZ，功率：450-500VA
参数 5 气流组织	垂直层流送风
参数 6 空气洁净级别	IS05 级(100 级)，罩内沉降菌：无菌
* 参数 7 送风机组	低噪音风机 3 台
* 参数 8 截面积风速	依据：GB 51039-2014 风速：0.16、0.2、0.3m/s, 低中高三速可调
* 参数 9 噪声	依据：GB 51039-2014 噪声：≤45dB（A 声级），
参数 10 控制方式	智能 4.3 英寸 LED 电脑全面触控液晶屏开关（带遥控）
参数 11 显示方式	可精确实时显示温度、湿度、污染等级，判断洁净度：百级、千级、万级的功能。（安装时需要核查）。
参数 12 照明和杀菌	配有患者线控 LED 阅读灯、护理人员室外触摸控制护理专用 LED 灯；外置杀菌灯辅助杀菌，内置杀菌灯为轨道抽拉式方便更换，隐藏式控制方式，室内太潮湿等特殊情况下对主机箱体内及末端过滤器进行杀菌、消毒、除味，避免二次生物污染。

参数 13 四级过滤装置	高效过滤器（H14）、板式铝合金框中效过滤器、板式铝合金框 双层尼龙网初效过滤器，按压式弹簧锁回风门便于更换初中效 过滤器。
参数 14 实时监测系统	控制系统可监测送风机组过流保护、失风保护。
参数 15 TPU 环保维帘	设备四周为环保高透围帘
参数 16 实用功能	紫外线灯累计工作时间、使用寿命剩余显示；过滤系统累计工 作时间、使用寿命剩余显示；设置防紫外线灯伤人功能。
参数 17 其他选配	双轨道双围帘、输液 S 挂钩或高标准输液支架、免钥匙暗拉手 储物柜、多孔 USB 充电装置。
参数 18 其它	设备终身免费售后；免费提供实用小耗材；有专业的 24 小时售 后服务团队；定期巡检；设备出厂配置不同材质的透明围帘三 套。

单人无菌室（层流床）配置清单

- 一、气流组织：垂直层流送气。
- 二、高度可调的无缝焊接机箱：1 套。
- 三、插拔式支撑腿：4 根。
- 四、静音万向双刹脚轮：4 个。
- 五、过滤系统：高效过滤装置：1 套
- 六、备用应急三档机械控制器：1 套。
- 七、设备电源：电压 220V、频率：50HZ、功率：450VA：1 套。
- 八、紫外线辅助杀菌灯管：3 根。
- 九、LED 床头阅读灯、护理操作灯：各 1 套。
- 十、USB 充电装置：1 套。
- 十一、环保透明软帘：3 套
- 十二、遮光外围帘：1 套。
- 十三、防泄蕾丝或 3D 短围帘：1 套。
- 十四、LED 电脑全面触控 4.3 英寸液晶屏控制系统：1 套。
- 十五、低噪音优化风机：3 台。
- 十六、内部状态可视的有机玻璃窗口：1 个。
- 十七、不锈钢输液 S 挂钩或高标准输液支架：1 套。
- 十八、医用百级洁净屏：1 台。
- 十九、简易备用安装工具：1 套。