

泌尿外科超声碎石系统参数

1. 主机为一体机，具备两种能量源，并配有负压吸引功能
2. 具有数码显示系统，可通过屏幕、按键，实现多种碎石方式自由组合。
3. 具有显示屏，可任意调节碎石模式，也可实现弹道超声混合模式
4. 具有吸引装置
5. 必须配备结石收集器，可自动收集结石碎片
6. 输出占空比 10%--100% 十档可调
7. 输出电功率为 50w-100w
8. 脉冲频率 1-12Hz
9. 尖端最大振幅范围：20 μm ~2000 μm
10. 超声换能器频率：23.5 kHz~26 kHz
11. 碎石杆尖端振动频率：24kHz-26kHz
12. 超声输出功率：10%- 100%可调
13. 最大输出电功率应 \geq 50W