

口腔科口内扫描仪参数

- 1、扫描范围：>14x14mm
- 2、扫描精度（半口）< 20 μ m
- 3、扫描深度 >15mm
- 4、产品使用年限：>6年
- 5、扫描数据清晰不失真
- 6、最快扫描时间：上下牙弓加咬合<3 分钟。
- 7、具备自动校准功能，精度稳定，无需定期校准。
- 8、口扫光源为 LED，无激光辐射。
- 9、扫描头防雾
- 10、扫描头：可拆卸高温高压消毒，扫描头消毒≥60次