

## 检验科全自动毛细管电泳仪

- \*1. 检测项目：糖化血红蛋白、血红蛋白、血清蛋白，免疫分型。
- \*2. 一次可进样 $\geq 15$ 个样品架，最大单次进样量 $\geq 120$ 个，并可持续进样。
- \*3. 试剂瓶可射频识别，在线显示试剂余量。
- \*4. 毛细管为标准化石英材料成品，更换时无需人工剪裁；
- \*5. 电泳温控系统：采用帕尔贴贴合毛细管精确温控系统（ $4^{\circ}\text{C}-85^{\circ}\text{C}$ ），非风冷控温；
- 6. 光学部分：LED 紫外光 415 纳米扫描，光纤维发射与接收，紫外光镜头 CMOS 二极管探测器接收信号。