

## 血液科无创呼吸机

范围：IPAP 6-40hpa, EPAP 4-20hpa, CPAP 4-20hpa; 设置目标潮气量，范围 160-3000ml，最大漏气补偿量：170 L/min