

## 检验科序号 12 相关设备参数

### 1. 恒温培养箱:

工作体积 100-150L, 温度控制范围: 室温上 5-75℃, 自动超温报警系统, 自然对流循环系统

### 2. 恒温水浴箱:

控温范围: 室温-100℃ (数显智能控温 LED 显示); 温控精度:  $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ; 加热功率: 1500W; 控温方式: 数字式智能控温仪; 加热均匀性:  $+0.5^{\circ}\text{C}$ ; 冷却方式: 自然冷却或水冷却; 冷却温度范围: 室温~25℃; 定时功能: 0~999 分钟可调; 操作方式: 触摸屏或按钮操作; 电源要求: 220V, 50Hz; 内胆材质: 不锈钢内胆、上盖外壳材质: 冷轧钢板, 喷涂处理; 水浴恒温箱应配有各种附件, 如试管架、烧杯架、恒温槽等。

### 3. 电热恒温鼓风干燥箱:

工作体积 100-150L, 温度控制范围: 室温上 5-250℃, 自动超温报警系统, 自然对流循环系统